

Profesjonalny tester do pomiaru jakości wody SPA i basenu chlor pH 40 tabletek Pooltest Kit Palintest



Producent

Palintest

Opis produktu

Profesjonalny tester jakości wody Palintest Pool & SPA Pooltest Kit Chlorine/pH przeznaczony do szybkiego i precyzyjnego pomiaru poziomu wolnego chloru oraz wartości pH w wodzie basenowej i wannach SPA. Tester umożliwia wygodną kontrolę podstawowych parametrów odpowiedzialnych za skuteczność dezynfekcji, bezpieczeństwo użytkowników oraz komfort kąpieli.

Regularna kontrola poziomu chloru i pH ma kluczowe znaczenie dla utrzymania czystej i bezpiecznej wody w jacuzzi, wannach SPA oraz basenach ogrodowych. Tester umożliwia szybki odczyt wyników poprzez porównanie barwy próbki ze skalą kolorystyczną znajdującą się na obudowie urządzenia. Zastosowane tabletki testowe zapewniają prosty, wygodny i wiarygodny pomiar parametrów wody.

Kompaktowa konstrukcja oraz intuicyjna obsługa sprawiają, że zestaw doskonale sprawdza się zarówno w domowych wannach z hydromasażem, jak i w przydomowych basenach ogrodowych. Renomowana marka Palintest gwarantuje wysoką jakość wykonania oraz dokładność pomiarów.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ produktu: ręczny tester jakości wody

Model: Pooltest Kit Chlorine/pH

Zastosowanie: jacuzzi, wanny SPA, baseny ogrodowe

Pomiar: wolny chlor oraz pH

Zakres pomiaru chloru: 0.5–5.0 mg/l Cl₂

Zakres pomiaru pH: 6.8–8.4



Metoda pomiaru: kolorymetryczna

Rodzaj odczynników: tabletki testowe

Liczba tabletek w zestawie: 40 sztuk

DPD No.1: 20 tabletek

Phenol Red: 20 tabletek

Pojemnik pomiarowy: tak

Odczyt wyników: wizualny, porównanie ze skalą barw

Przeznaczenie: wanny ogrodowe SPA, baseny ogrodowe

Forma testu: ręczny tester kolorymetryczny

Producent: Palintest

SPOSÓB UŻYCIA:

Otwórz pokrywę pojemnika i dokładnie wypłucz go wodą basenową lub z wanny.

Napełnij obie komory wodą basenową lub z wanny.

Wrzuć jedną tabletkę Phenol Red do komory pH oraz jedną tabletkę DPD No.1 do komory Cl.

Poczekaj do całkowitego rozpuszczenia tabletek.

Porównaj kolor wody w komorach ze skalą barw znajdującą się na testerze.

Odczytaj wartość pH oraz poziom wolnego chloru w mg/l.